



PERÚ
Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO
DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 21-17-DEL-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	21		
2. TIPO DE MONITOREO :	SEMANAL 11		
3. ZONA:	BAHÍA DE SECHURA	4. CÓDIGO:	012
5. TIPO DE ACTIVIDAD:	ÁREAS DE REPOBLAMIENTO		
6. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A		

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			CERRADA ⁽¹⁾			
			Monitoreo N°			21			
			Fecha de Monitoreo			23.05.2017 ⁽²⁾		26.05.2017	
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra/Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°	LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		Resultados de los indicadores sanitarios	
LAS DELICIAS 012-SECH-07	07-A-SECH (05°43'44.40" - 80°53'27.60") ^a	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	SR	----	< LCM	2086-17
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	SR	----	< LCM	2086-17
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	SR	----	< LCM	2086-17
		Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		ug STX eq./Kg	SR	----	< 300	2059-17
			Determinación de Ácido Domolico (ASP)		mg Ácido Domolico/kg	SR	----	< 0.42	2059-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100 g	SR	----	NC	NC
			Detección de Salmonella		Ausencia o Presencia/ 25 g	SR	----	NC	NC
			Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	SR	----	NC	NC
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	<1.8	0324-17-SEC	NC	NC
		07-B-SECH (05°43'12.00" - 80°53'01.20") ^a	Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes		NMP/100 mL	<1.8	0324-17-SEC	NC

NC: No corresponde
NM: No Monitoreado
SR: Sin Recurso
GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopáncreas
a: Coordenadas según protocolo técnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo
< LCM: Menor al Límite de Cuantificación del Método

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1
LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0
LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1
LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7
LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7
LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3
LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3
LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3
LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034
LCM (mg/ Kg) h- YTX 1 : 0.0034
LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034
LCM (mg/ Kg) 450H- h- YTX 1 : 0.0034

⁽¹⁾ : Cerrada con el comunicado N° 019-2017-SANIPES/DSFPA/SDSA por no contar con recurso

⁽²⁾ : Fecha correspondiente al Monitoreo N° 20, Apertura de puerto según resolución de Capitanía N° 022-2017/MGP/DGCG/CO, a partir del 22.05.2017.No cuenta con recurso según Acta de Inspección 187-2017-SEC/SANIPES/DSFPA/SDSA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, mayo del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -

Ing. ALICIA BEATRIZ QUISPE SIGUENAS
Sub Directora de Supervisión Acuicola (e)